

RPB45S **RPB35S**




LOREME 12, rue des Potiers d'Étain Actipole BORN Y - B.P. 35014 - 57071 METZ CEDEX 3
Téléphone 03.87.76.32.51 - Télécopie 03.87.76.32.52
Nous contacter: Commercial@Loreme.fr - Technique@Loreme.fr
Manuel téléchargeable sur: www.loreme.fr

PRESENTATION DE L'APPAREIL	p3
INTERFACE UTILISATEUR	p3
VISUALISATION	p4
CONFIGURATION	p5
1) Méthode	p5
2) Accès à la configuration ou a la visualisation de la configuration.....	p5
3) Configuration de la batterie.....	p5
4) Configuration des paramètres de l'entrée	p6
5) Configuration des paramètres de la sortie analogique.....	p6
CONFIGURATION LIAISON RS232.....	p8
VISUALISATION MESURE	p9
CONFIGURATION	p9
1) Méthode	p9
1.1) Sélection d'un menu	p9
1.2) Sélection d'un paramètre	p9
1.3) Saisie d'une valeur	p9
2) Accès à la configuration.....	p9
3) Les rubriques de configuration.....	p10
Langues.....	p10
Mot de passe	p10
Batteries	p10
Entrée	p10
Sortie analogique	p11
OFFSET	p11
MISE A JOUR FIRMWARE	p12
CONSEILS RELATIFS A LA CEM	p13
1) Introduction	p13
2) Préconisations d'utilisation	p13
2.1) Généralités	p13
2.2) Alimentation	p13
2.3) Entrées / Sorties	p13
CABLAGES	p14
MODELES DE BATTERIES	p15

Présentation de l'appareil

L'objet de ce manuel de configuration est de permettre de se familiariser avec les fonctions offertes par l'appareil. Le RPB45S, RPB35S permet de protéger une batterie en surveillant son courant de charge et de décharge. Il est entièrement paramétrable par les boutons poussoirs de la face avant et peut ainsi être adapté à tout type de batteries. Il intègre 21 modèles de batteries, dont 20 sont préconfiguré en usine (voir liste p 15).

INTERFACE UTILISATEUR



La face avant de l'appareil est composée de:

- 1 afficheur 4 digits alphanumérique.
- 3 leds de signalisation:
 - 1 led rouge 'TRIP', allumé clignotante en cas de déclenchement par dépassement du courant de charge ou de décharge.
 - 1 led verte 'RUN', clignotante en mode de fonctionnement normal.
 - 1 led rouge 'FAULT', allumé fixe en cas de défaut (voir page suivante).
- 1 prise jack stéréo Ø 3,5 mm pour la liaison RS232,
- 3 boutons poussoirs sous le couvercle:
 - BP UP, accès à la configuration ou touche <OUI> ou touche incrémentation.
 - BP DOWN, touche <NON> ou touche décrémentation.
 - BP TRIP TEST, permet un déclenchement manuel des relais (simulation courant de décharge excessif).
- 1 bouton poussoir en saillie du couvercle.
 - BP TRIP RESET, pour reseter un déclenchement des relais.

VISUALISATION:

A la mise sous tension, l'appareil se place automatiquement en mode mesure et charge les condensateurs de réserve d'énergie. Celle-ci dure environ 45 secondes sur le RPB45S et 20 secondes sur le RPB35S. L'afficheur est commuté dans un mode de faible consommation en s'allumant brièvement toutes les 1,2 secondes, puis s'allume en mode fixe et affiche le courant de batterie en Ampères. Pour la charge, le courant affiché sera négatif et pour la décharge il sera positif.

par exemple, pour un courant de charge de 22 A on aura l'affichage fixe:

-22

En cas de déclenchement, l'appareil visualise le courant de déclenchement (affichage clignotant):

pour un courant de décharge (court circuit) de 9950 A.

9950

ou

pour un courant de décharge de 10200 A.

102k

En cas de défaut de déclenchement, le relais watchdog s'ouvre et la led rouge FAULT s'allume.

D'autres défauts entraînent l'ouverture du relais watchdog et l'affichage des messages suivant:

rupture du capteur externe de mesure du courant (shunt) ou défaut de mesure interne.

FLT1

défaul de continuité de la bobine du relais 1.

FLT2

défaul trip du relais 1.

FLT3

défaul de continuité de la bobine du relais 2.

FLT4

défaul trip du relais 2.

FLT5

défaul de la charge des condensateurs de réserve d'énergie ($U < 15\text{ V}$)

FLT6

Rq:

Après un déclenchement, lorsque la charge des condensateurs est inférieure à un seuil interne, l'afficheur bascule en mode faible consommation (voir ci-dessus).

CONFIGURATION:

Le RPB45S, RPB35S se configure entièrement par la face avant.

1) Méthode

Différentes rubriques sont accessibles, permettant de configurer ou de visualiser:

- La batterie.
- Les paramètres d'entrée.
- Les paramètres de la sortie.

Pour chaque rubrique un message défile sur l'afficheur. Le B.P. <OUI> permet d'accéder à une rubrique ou de valider un choix et le B.P. <NON> de passer à la rubrique suivante ou de passer au choix suivant.

Dans le cas du réglage de la valeur d'un paramètre, la touche <UP> permet d'incrémenter la valeur et la touche <DOWN> de la décrémenter. Pendant le réglage l'afficheur clignote. Tous les paramètres sont limités (LOW ou HIGH est affiché en cas de dépassement bas ou haut). On sort du mode de réglage automatiquement si aucune touche n'est appuyée pendant plus de 4 secondes. En mode visualisation, la valeur est affichée fixe et il faut appuyer sur une touche pour continuer. Si aucune touche n'est appuyée au bout de 30 s, l'appareil revient en mode mesure.

2) Accès à la configuration ou à la visualisation de la configuration

L'accès à la configuration est protégé par un mot de passe de 4 digits. Un appui sur le bouton 'UP' permet d'accéder à la saisie de ce mot. Le message temporaire suivant défile sur l'afficheur:

MOT DE PASSE?

puis un curseur est affiché sur la gauche, indiquant que l'appareil est en attente de saisi du 1er digit. La saisie du caractère se fait avec les boutons 'UP' et 'DOWN'. Les caractères acceptés sont les chiffres de '0' à '9' et les lettres de 'A' à 'Z'. La validation du digit se fait automatiquement au bout de 3 secondes si aucun bouton n'est appuyé pendant ce délai et l'appareil passe au digit suivant:

```

1
12
123
1234

```

Après le quatrième digit et si le mot de passe est correct, l'appareil accède au mode configuration. Si le mot de passe est incorrect, l'appareil entrera dans le mode visualisation de la configuration, sans possibilité de modification des paramètres.

3) Configuration de la batterie

L'appareil dispose d'une bibliothèque de 21 modèles de batterie (1 à 21). 20 modèles (1 à 20) sont prédéfinies en usine et ne sont pas configurable (configuration verrouillée).

CONFIG. BATTERIE?	Accès à la configuration de la batterie.
01:C1.1:NiCd 320 Ah	Choix de la batterie. Le B.P. <OUI> permet de valider la batterie, le B.P. <NON> permet de passer à la batterie suivante.
...	
21:NO NAME	Batterie non définie. Si l'utilisateur valide ce modèle (B.P. <OUI>), les rubriques suivante de configuration des paramètres de la batterie sont accessibles
CONFIG. COURT CIRCUIT?	Accès à la configuration des paramètres de décharge de la batterie.
SEUIL?	Accès à la configuration du seuil de détection d'un courant de court circuit.
0	Réglage de la valeur du seuil par les B.P. <UP> et <DOWN> (0 à 15000 A).
RETARD?	Accès à la configuration du retard de détection du courant de court circuit.
0.02	Réglage de la valeur du retard par les B.P. <UP> et <DOWN> (0.02 à 0.99 s).

RELAIS 1?	Choix du ou des relais à commuter pour la détection de court-circuit (relais 1, 2 ou 1+2).
CONFIG. CHARGE?	Accès à la configuration des paramètres de charge de la batterie.
SEUIL?	Accès à la configuration du seuil de détection du courant de charge.
-56	Réglage de la valeur du seuil par les B.P. <UP> et <DOWN> (0 à -500 A).
RETARD?	Accès à la configuration du retard de détection du courant de charge.
0	Réglage de la valeur du retard par les B.P. <UP> et <DOWN> (0 à 9999 s).
RELAIS 1?	Choix du ou des relais à commuter pour la charge (relais 1, 2 ou 1+2).

4) Configuration des paramètres de l'entrée

Les paramètres configurables sont:

- La sensibilité du shunt de mesure de courant en A/mV.
- L'échelle basse de mesure (A).
- L'échelle haute de mesure (A).

Les échelles basse et haute servent à calculer la valeur de la sortie analogique.

CONFIG. ENTREE?	Accès à la configuration de l'entrée.
SENSIBILITE CAPTEUR?	Accès à la configuration de la sensibilité du shunt.
2.0	Réglage de la valeur par les B.P. <UP> et <DOWN> (0.1 à 9999 A/mV).
ECHELLE BASSE?	Accès à la configuration de l'échelle basse.
-100	Réglage de la valeur par les B.P. <UP> et <DOWN> (-999 à 15000 A).
ECHELLE HAUTE?	Accès à la configuration de l'échelle haute.
600	Réglage de la valeur par les B.P. <UP> et <DOWN> (-999 à 15000 A).

5) Configuration des paramètres de la sortie analogique

Les paramètres de configuration de la sortie analogique sont:

- Type de sortie:
 - courant (mA)
 - tension (V)
- échelle basse,
- échelle haute,
- valeur de repli,
- temps de réponse,
- limitation.

La valeur de repli permet de positionner la sortie lors d'une rupture capteur ou d'un dépassement de capacité de mesure. La valeur saisie sera alors transmise sur la sortie.

La limitation permet d'écarter l'excursion du signal de sortie à aux échelles configurées quelle que soit la valeur du signal d'entrée. Seule la valeur de repli outrepassa cette fonction.

Le temps de réponse permet un filtrage du signal de la sortie.

CONFIG. SORTIE?	Accès à la configuration de la sortie.
COURANT?	Choix type de sortie (courant ou tension). Le B.P. <OUI> valide le choix, le B.P. <NON> fait passer au choix suivant.
ECHELLE BASSE?	Accès à la configuration de l'échelle basse.
4.00	Réglage de la valeur par les B.P. <UP> et <DOWN> (0 mA/V à 22 mA ou 11 V).
ECHELLE HAUTE?	Accès à la configuration de l'échelle basse.
20.00	Réglage de la valeur par les B.P. <UP> et <DOWN> (0 mA/V à 22 mA ou 11 V).
VALEUR DE REPLI?	Accès à la configuration de la valeur de repli.
22.00	Réglage de la valeur par les B.P. <UP> et <DOWN> (0 mA/V à 22 mA ou 11 V).
TEMPS DE REPONSE?	Accès à la configuration de la valeur du temps de réponse.
5.0	Réglage de la valeur par les B.P. <UP> et <DOWN> (0 à 60 s).
SORTIE LIMITE?	Activation ou inhibition de la fonction de limitation de la sortie. B.P. <OUI> pour l'activer, B.P. <NON> pour l'inhiber.

Configuration liaison RS232



L'appareil se configure en mode terminal par le biais d'une liaison RS232.

Etape 1: installation du cordon de configuration USB



- le driver est téléchargeable sur www.loreme.fr/telechargement/ rubriques accessoires

- Lancer le programme exécutable pour installer le driver,
- Brancher ensuite le câble sur une prise USB, Windows créer un port COMx (x >=4).

Remarque :

Le numéro du port de communication ne change pas si on utilise le même cordon de configuration sur différents port USB du PC.

L'utilisation d'un autre cordon de configuration génère un autre numéro de port de communication et nécessite la reconfiguration de l'HyperTerminal.

Etape 2: Configuration du programme d'émulation terminal (PC sous Windows).

1 Le logiciel d'émulation terminal pour PC « HyperTerminal » est résidant jusqu'à la version Windows XP, pour les versions ultérieures, il est téléchargeable sur www.loreme.fr dans la rubrique accessoires. (<https://www.loreme.fr/telechargement/>)


=> Lancer la procédure d'installation en cliquant sur le programme téléchargé.

2 Lancer une connexion "hyper Terminal":

- Cliquer sur le bouton "**DEMARRER**"

- Aller sur "**Tous les programmes \ HyperTerminal Private Edition**"
- Cliquer sur "**HyperTerminal Private Edition**"

3 Nommer la connexion




4 Choisir le port de communication correspondant au câble usb.




5

- Choisir:
- 9600 bauds
 - 8 bits de données
 - sans parité
 - 1 bit de stop
 - contrôle de flux: **XON/XOFF**



6 Le PC est en mode terminal, le relier à l'appareil en branchant le cordon RS232. La mesure est visualisée à l'écran. Pour entrée en configuration, taper sur "**C**" au clavier.

7 En quittant l'hyper terminal, la fenêtre ci-contre apparaît.



En sauvegardant la session, le terminal sera dans la même configuration au prochain démarrage.



Ainsi, le raccourci LOREME.ht permettra de communiquer avec tous les appareils LOREME.

Remarque: pour modifier des paramètres du mode terminal alors que celui-ci est en fonction, il est nécessaire, après avoir réalisé les modifications de fermer le mode terminal et de le ré-ouvrir pour que les modifications soient effectives.

VISUALISATION MESURE:

À la mise sous tension, l'appareil se place automatiquement en mode mesure.
Deux informations sont envoyées au terminal:

-30 A	Valeur de la mesure d'entrée
11.99 mA	Valeur du résultat de la sortie

CONFIGURATION:

Le manuel reprend en détail les différentes possibilités de configuration:

Langues, Mot de passe, Batteries, Entrée, Sortie. Pour entrer en mode configuration, il suffit d'appuyer sur la touche "C" du terminal. Sur l'afficheur, on visualise le message 'CONF'.

1) Méthode:

Lors de la configuration, différents types de questions sont posées. Pour chacune d'elles, plusieurs réponses sont possibles. Voici la description en détail de chacun des cas.

1.1) Sélection d'un menu:

Exemple: LANGUE Le choix se fait en appuyant sur les touches "O" ou "N".
 (O-N) Ce choix permet d'accéder aux différents menus de configuration.

1.2) Sélection d'un paramètre:

Exemple: FRANCAIS ou FRANCAIS
 (O-N) OUI (O-N) NON

Choix précédent = OUI: - Appui sur "O" ou "Entrée" => Validation du choix = OUI,
 - Appui sur "N" => Changement et validation du choix = NON.

Choix précédent = NON: - Appui sur "N" ou "Entrée" => Validation du choix = NON,
 - Appui sur "O" => Changement et validation du choix = OUI.

1.3) Saisie d'une valeur:

Exemple: ECHELLE BASSE
 4 mA

Deux cas sont possibles:

- La validation sans modification par un simple appui sur "Entrée",
- La modification de valeur au clavier (affichage simultané), puis validation.

2) Accès à la configuration:

Notes:

- Il est possible, si l'on s'aperçoit d'une erreur commise dans la saisie d'une valeur, avant de la valider, de revenir en arrière par action sur la touche "←", qui réécrit le message sans tenir compte de la valeur erronée.
- En mode configuration lorsque aucune action n'est effectuée, l'appareil repasse en mode exploitation après une attente de deux minutes sans tenir compte des modifications réalisées.
- Si l'on se trouve en mode configuration et que l'on désire repasser en mode mesure sans tenir compte des modifications réalisées, il suffit d'appuyer sur la touche "Echap".

MOT DE PASSE?

Mot de passe nécessaire pour accéder à la configuration.

Saisie du mot de passe sur 4 digits. Pour chaque digit saisie, l'appareil affiche "*" et passe au digit suivant. Pour valider la saisie, appuyer sur "Entrée". Pour corriger, utiliser la touche "←" (backspace). Si le mot saisie est incorrect le message suivant s'affiche et l'appareil revient au mode mesure.

MOT DE PASSE INCORRECT!

3) Les rubriques de configuration:

CONFIGURATION LANGUE? accès à la configuration de la langue (français ou anglais).
(O-N)

MOT DE PASSE? accès à la configuration du mot de passe.
(O-N)

MOT DE PASSE? Saisi du mot de passe (4 caractères). Les caractères acceptés sont les chiffres 0 à 9 et les lettres majuscules A à Z.
1234

CONFIGURATION BATTERIES? accès à la configuration des paramètres des batteries.
(O-N)

La page suivante est affiché si l'utilisateur à appuyé sur la touche <O>ui.

NOM	COURT CIRCUIT			CHARGE		
	SEUIL	RETARD	RELAIS	SEUIL	RETARD	RELAIS
*01:C1.1:NiCd 320 Ah	3000 A	0.12 s	1	-71 A	5 s	1 V
02:C1.2:NiCd 280 Ah	3000 A	0.12 s	1	-62 A	5 s	1 V
03:C1.3:VLRA 302 Ah	3000 A	0.12 s	1	-34 A	5 s	1 V
04:C1.4:VLRA 330 Ah	3000 A	0.12 s	1	-37 A	5 s	1 V
05:C2.1:NiCd 320 Ah	3000 A	0.12 s	1+2	-71 A	5 s	1+2 V
06:C2.2:NiCd 280 Ah	3000 A	0.12 s	1+2	-62 A	5 s	1+2 V
07:C2.3:VRLA 302 Ah	3000 A	0.12 s	1+2	-34 A	5 s	1+2 V
08:C2.4:VLRA 330 Ah	3000 A	0.12 s	1+2	-37 A	5 s	1+2 V
09:C3.1:NiCd 360 Ah	3000 A	0.12 s	1	-80 A	5 s	1 V
10:C3.2:NiCd 340 Ah	3000 A	0.12 s	1	-75 A	5 s	1 V
11:C3.3:VLRA 366 Ah	3000 A	0.12 s	1	-41 A	5 s	1 V
12:C3.4:VLRA 375 Ah	3000 A	0.12 s	1	-42 A	5 s	1 V
13:C4.1:NiCd 360 Ah	3000 A	0.12 s	1+2	-80 A	5 s	1+2 V
14:C4.2:NiCd 340 Ah	3000 A	0.12 s	1+2	-75 A	5 s	1+2 V
15:C4.3:VLRA 366 Ah	3000 A	0.12 s	1+2	-41 A	5 s	1+2 V
16:C4.4:VLRA 375 Ah	3000 A	0.12 s	1+2	-42 A	5 s	1+2 V
17:C5.1:NiCd 360 Ah	4000 A	0.12 s	1	-80 A	5 s	1 V
18:C5.2:NiCd 340 Ah	4000 A	0.12 s	1	-75 A	5 s	1 V
19:C5.3:VLRA 366 Ah	4000 A	0.12 s	1	-41 A	5 s	1 V
20:C5.4:VLRA 375 Ah	4000 A	0.12 s	1	-42 A	5 s	1 V
21:NO NAME	0 A	0.02 s	1	-56 A	0 s	1+2

POUR SORTIR --> 0 VOTRE CHOIX?:

configuration par la face
avant Verrouillé

Le sigle '*' indique le modèle de batterie actuellement surveillé par le relais.

Pour modifier les paramètres d'une batterie, il faut saisir son numéro et appuyer sur la touche <Entrée>.

Le numéro '0' permet de quitter la rubrique de configuration.

Les paramètres configurables sont:

- Le nom de la batterie sur 16 caractères au maximum.
- Les paramètres de court-circuit (décharge) et de charge:
 - Le seuil de détection.
 - Le retard à la détection.
 - Le relais à commuter (1, 2 ou 1+2).
- Le verrouillage de la configuration par la face avant.

A la fin de la configuration, l'appareil mémorise les paramètres en mémoire non volatile et affiche le message « OK », puis revient à la page de configuration ci-dessus.

Rq: La batterie qui vient d'être configuré, devient la batterie surveillée (sigle '*' en début de ligne).

CONFIGURATION ENTREE? (O-N)	accès à la configuration des paramètres d'entrées
SENSIBILITE CAPTEUR 2.0 A/mV	
ECHELLE BASSE -100 A	
ECHELLE HAUTE 600 A	
CONFIGURATION SORTIE? (O-N)	accès à la configuration des paramètres de la sortie analogique.
COURANT (O-N) OUI	Choix type de sortie (courant ou tension).
ECHELLE BASSE 4.00 mA	
ECHELLE HAUTE 20.00 mA	
VALEUR DE REPLI 22.00 mA	
TEMPS DE REPONSE 0 s	
LIMITATION SORTIE (O-N) NON	
OK	

OFFSET:

Dans certains cas, il est intéressant de pouvoir décaler la mesure par simple action au clavier du terminal.

Pour décaler la mesure, il faut:

- être en mode mesure,
- taper sur "+" ou "-" donnant accès à la fonction,
- la visualisation sur terminal devient:

100 A	valeur mesurée avec offset pris en compte,
OFFSET 10	fonction offset, valeur offset
- utiliser les touches "+" et "-" pour régler l'offset, la mesure tient compte immédiatement du changement,
- taper sur "Entrée" pour mémoriser l'offset.

Lorsque l'appareil est hors tension ou en configuration, l'offset reste actif. Pour annuler l'offset, il faut appeler la fonction **"OFFSET"**, remettre sa valeur à zéro par les touches "+" ou "-", puis valider par **"Entrée"**.

Si, en mode réglage d'offset, aucune action sur les touches "+", "-", ou **"Entrée"** n'est réalisée pendant un temps de 2 minutes, l'appareil abandonne automatiquement ce mode de fonctionnement sans tenir compte du réglage effectué.

Mise à jour FIRMWARE



Pour accéder à la mise à jour du Firmware il faut mettre l'appareil sous tension et simultanément appuyer sur la touche « F » du clavier. Le message suivant est affiché dans la fenêtre de l'hyperterminal:

> <————— L'appareil envoie ce caractère pour indiquer qu'il attend le caractère 'F' pendant 0.5s

```
FIRMWARE LOADER Rev2.1
READY TO TRANSFER...
```

L'appareil est maintenant en attente de transfert du fichier de mise à jour du Firmware. Ce fichier est un simple fichier de texte avec l'extension .txt fourni par LOREME et contenant le Firmware codé au format intel HEX . Sélectionner le menu « Transfert », « Envoyer un fichier texte... ».

Chercher le fichier voulu à l'aide du sélecteur de fichier, puis, après l'avoir sélectionné, cliqué sur « Ouvrir ». Hyperterminal commence le transfert du fichier vers l'appareil.

```
FIRMWARE LOADER Rev2.1
READY TO TRANSFER
```

***** <————— Une série d'étoile apparaît pour indiquer la bonne évolution du transfert.

En fin de programmation le message « **PROGRAMMING OK !** » est affiché si tout se passe bien. En cas d'erreur, les messages suivant peuvent être affichés:

- **SERIAL COM ERROR !** Erreur de réception.
- **SERIAL TIMEOUT !** Temps d'attente de réception dépassé.
- **PROGRAMMING FAILED !** Erreur de programmation dans la mémoire flash de l'appareil.

Attention:

Si une erreur se produit pendant le processus de programmation, il est absolument nécessaire de reprendre la procédure depuis le début, la programmation partielle entraînant un non fonctionnement ou un fonctionnement aléatoire de l'appareil.

1) Introduction

Pour satisfaire à sa politique en matière de CEM, basée sur les directives communautaire **2014/30/UE** et **2014/35/UE**, la société LOREME prend en compte les normes relatives à ces directives dès le début de la conception de chaque produit.

L'ensemble des tests réalisés sur les appareils, conçus pour travailler en milieu industriel, le sont aux regards des normes IEC 61000-6-4 et IEC 61000-6-2 afin de pouvoir établir la déclaration de conformité.

Les appareils étant dans certaines configurations types lors des tests, il est impossible de garantir les résultats dans toutes les configurations possibles.

Pour assurer un fonctionnement optimal de chaque appareil il serait judicieux de respecter certaines préconisations d'utilisation.

2) Préconisation d'utilisation

2.1) Généralité

- Respecter les préconisations de montage (sens de montage, écart entre les appareils ...) spécifiés dans la fiche technique.
- Respecter les préconisations d'utilisation (gamme de température, indice de protection) spécifiés dans la fiche technique.
- Eviter les poussières et l'humidité excessive, les gaz corrosifs, les sources importantes de chaleur.
- Eviter les milieux perturbés et les phénomènes ou élément perturbateurs.
- Regrouper, si possible, les appareils d'instrumentation dans une zone séparée des circuits de puissance et de relaying.
- Eviter la proximité immédiate avec des térupteurs de puissance importantes, des contacteurs, des relais, des groupes de puissance à thyristor ...
- Ne pas s'approcher à moins de cinquante centimètres d'un appareil avec un émetteur (talkie-walkie) d'une puissance de 5 W, car celui-ci créer un champs d'une intensité supérieur à 10 V/M pour une distance de moins de 50 cm.

2.2) Alimentation


- Respecter les caractéristiques spécifiées dans la fiche technique (tension d'alimentation, fréquence, tolérance des valeurs, stabilité, variations ...).
- Il est préférable que l'alimentation provienne d'un dispositif à sectionneur équipés de fusibles pour les éléments d'instrumentation, et que la ligne d'alimentation soit la plus direct possible à partir du sectionneur. Eviter l'utilisation de cette alimentation pour la commande de relais, de contacteurs, d'électrovannes etc ...
- Si le circuit d'alimentation est fortement parasité par la commutation de groupes statiques à thyristors, de moteur, de variateur de vitesse, ... il serait nécessaire de monter un transformateur d'isolement prévu spécifiquement pour l'instrumentation en reliant l'écran à la terre.
- Il est également important que l'installation possède une bonne prise de terre, et préférable que la tension par rapport au neutre n'excède pas 1V, et que la résistance soit intérieure à 6 ohms.
- Si l'installation est située à proximité de générateurs haute fréquence ou d'installations de soudage à l'arc, il est préférable de monter des filtres secteur adéquats.

2.3) Entrées / Sorties

- Dans un environnement sévère, il est conseillé d'utiliser des câbles blindés et torsadés dont la tresse de masse sera reliée à la terre en un seul point.
- Il est conseillé de séparer les lignes d'entrées / sorties des lignes d'alimentation afin d'éviter les phénomènes de couplage.
- Il est également conseillé de limiter autant que possible les longueurs de câbles de données.

LIAISON TERMINAL - APPAREIL


Fiche jack
stéréo 3.5
vers RPB45S,
RPB35S



9 broches
femelle
vers PC

LIAISON STANDARD
EN FACE AVANT

SCHEMAS DE RACCORDEMENT



Modèles de batteries

Modèles de batterie standard:

conf1.1: NiCd 320Ah - 3000A - 0,12s - Relais 1 - 71A - 5s - Relais 1
 conf1.2: NiCd 280Ah - 3000A - 0,12s - Relais 1 - 62A - 5s - Relais 1
 conf1.3: VRLA 302Ah - 3000A - 0,12s - Relais 1 - 34A - 5s - Relais 1
 conf1.4: VRLA 330Ah - 3000A - 0,12s - Relais 1 - 37A - 5s - Relais 1

 conf2.1: NiCd 320Ah - 3000A - 0,12s - Relais 1+2 - 71A - 5s - Relais 1+2
 conf2.2: NiCd 280Ah - 3000A - 0,12s - Relais 1+2 - 62A - 5s - Relais 1+2
 conf2.3: VRLA 302Ah - 3000A - 0,12s - Relais 1+2 - 34A - 5s - Relais 1+2
 conf2.4: VRLA 330Ah - 3000A - 0,12s - Relais 1+2 - 37A - 5s - Relais 1+2

 conf3.1: NiCd 360Ah - 3000A - 0,12s - Relais 1 - 80A - 5s - Relais 1
 conf3.2: NiCd 340Ah - 3000A - 0,12s - Relais 1 - 75A - 5s - Relais 1
 conf3.3: VRLA 366Ah - 3000A - 0,12s - Relais 1 - 41A - 5s - Relais 1
 conf3.4: VRLA 375Ah - 3000A - 0,12s - Relais 1 - 42A - 5s - Relais 1

 conf4.1: NiCd 360Ah - 3000A - 0,12s - Relais 1+2 - 80A - 5s - Relais 1+2
 conf4.2: NiCd 340Ah - 3000A - 0,12s - Relais 1+2 - 75A - 5s - Relais 1+2
 conf4.3: VRLA 366Ah - 3000A - 0,12s - Relais 1+2 - 41A - 5s - Relais 1+2
 conf4.4: VRLA 375Ah - 3000A - 0,12s - Relais 1+2 - 42A - 5s - Relais 1+2

 conf5.1: NiCd 360Ah - 4000A - 0,12s - Relais 1 - 80A - 5s - Relais 1
 conf5.2: NiCd 340Ah - 4000A - 0,12s - Relais 1 - 75A - 5s - Relais 1
 conf5.3: VRLA 366Ah - 4000A - 0,12s - Relais 1 - 41A - 5s - Relais 1
 conf5.4: VRLA 375Ah - 4000A - 0,12s - Relais 1 - 42A - 5s - Relais 1

Nota :

conf1x : 6B, 6BBS, 6C, 9E avec batterie dans le PEECC

conf2x : 6B, 6BBS, 6C, 9E avec batterie en container séparé ou en bâtiment

conf3x : 9EQB avec batterie dans le PEECC

conf4x : 9EQB avec batterie en container séparé ou en PEECC bâtiment

conf5x : 6FA avec batterie en container séparé ou en bâtiment